

放射性物質濃度測定結果

1. 試料情報

測定日時	2018/05/22 12:40:33
番号	18052201
測定容器	Marinelli.1I
測定時間(秒)	10800
重量(グラム)	1169
注釈	塩江町にんにく

2. 使用機器情報及び測定条件

測定器	NaI(Tl) 63x63mm
ADCチャンネル数	512

3. 測定結果

放射性核種	放射能	絶対誤差	統計誤差	検出下限値	単位
Cs-137	Not detected			1.19	Bq/kg
Cs-134	Not detected			1.10	Bq/kg
K-40	88.5	±20.5	10.8%	13.9	Bq/kg

測定値と誤差は信頼水準で計算されています。P=0.95

4. ガンマ線スペクトル

